

সীমিত

মেরামত বিজ্ঞপ্তি-ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি

নং- ৬২১/২০১৭-২০১৮

তারিখঃ ১৪ মে ২০১৮

১। এতদ্বারা প্রকৃত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি মেরামতকারী ব্যবসায়ী/প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারীগনকে (যারা ডি জি ডি পি'র পি-৩ এর তালিকাভুক্ত) জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ইউনিটের নামের পার্শ্বে বর্ণিত ইলেকট্রো মেডিক্যাল যন্ত্রটি অকেজো হওয়ায় মেরামত করা প্রয়োজন :

5 FD AMB

Ser	PVMS No	Name Eqpt	Faults/Requirement
a.	20227	Colorimeter Complete, Model-AE-11M, Made in Japan	1. Regulator is not working.

২। উল্লেখিত মেশিনটি পরিদর্শন পূর্বক প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের প্রস্তুতকারক দেশ এবং মেরামতের নির্দিষ্ট খুচরা যন্ত্রাংশ উল্লেখ করতঃ ইঞ্জিনিয়ার সার্ভে রিপোর্টসহ দরপত্র আগ্রহী দরদাতা কর্তৃক সীল মোহরকৃত খামে আগামী ২৮ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে অত্র মহাপরিদপ্তর এর মেডিক্যাল স্টোর শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে জমা দিতে হবে এবং একই তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।

৩। কর্তৃপক্ষ কারন ছাড়াই যে কোন দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন।

বিঃ দ্রঃ এই বিজ্ঞপ্তিটি www.army.mil.bd তে পাওয়া যাবে।



মোঃ হুমায়ুন কবির সরকার

মেজর

পক্ষে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক

ফাইল নং-০৬.০৪.০০০০.০০৯.৪৬১০.২৫/৫